

Ituiutaba-MG 13 de abril de 2016

A
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO Nº814928/2014

Senhor (a) Presidente (a)

Assunto: Parecer Técnico

Excelentíssimo (a) senhor (a) Presidente (a), viemos através deste, comunicar-lhe o parecer da comissão técnica nomeada por V.ex.^a, com a finalidade de analisar as propostas dos produtos indicados na cotação previa de número 004/814928/2014, que melhor atende o Hospital São José da Sociedade São Vicente de Paulo, respeitando o edital.

1. O eletrocardiógrafo EX EMAI: Não atende o edital;

- Tela de LCD colorida: Não possui.
- Interpretação de exames: Não possui.
- Carrinho de transporte: Não possui.
- Inserção de dados do paciente: Não possui.

2. O eletrocardiógrafo da marca GE, modelo: MAC 600: Não atende o edital;




- Carrinho de transporte: Não possui.
- Cotação superior ao vencedor.

3. O eletrocardiógrafo da marca EME: Não atende o edital;

- Cotação superior ao vencedor.
- Não disponibiliza modelo para consulta na ANVISA.

4. O eletrocardiógrafo da marca Nihon Kohden: Não atende o edital;

- Tela de LCD colorida: Não possui.
- Carrinho de transporte: Não possui.



- Papel para no mínimo 500 exames: Não possui.

Parecer da Câmara Técnica


Na consulta realizada pela câmera técnica do Manual de Operações do equipamento Eletrocardiógrafo da marca DIXTAL, modelo EP-12, evidenciamos que o aparelho atende o edital na sua íntegra.

- Possui a segunda melhor cotação de preço em relação aos concorrentes.
- Possui o relatório de Pré-visualização das informações solicitadas no descritivo.
- Possui carrinho de transporte com rodízios.
- Possui papel para no mínimo 500 exames.
- Possui laudo interpretativo conforme comprovação segundo a referência abaixo.


Referência: Página 04 e 19 do manual atual (Revisão B, <http://www.anvisa.gov.br/scriptsweb/Tecnovigilância/ResultadoGGTPS.asp>) cadastrado no site da ANVISA no referido registro do equipamento no Ministério da Saúde.

Entretanto fomentamos que o aparelho que atende melhor o hospital São José é a marca DIXTAL, modelo EP- 12, e está dentro da cotação previa de número 004/8149282014. Por tanto esta comissão técnica valida a aquisição deste produto.

Atenciosamente,



Rodrigo Ferreira
Médico Intensivista
Membro




Valter Fco. Belizário Neto
Responsável Técnico de Enfermagem
Membro



Mariella Nunes Freire
Enfermeira Intensivista
Membro



Jackeline E. C. da Silva
Enfermeira
COREN-MG 360.045
Enfermeira Neonatologista
Membro



Ana Claudia V. F. Araújo
Fisioterapeuta
Membro